Ameda Platinum® Guía de inicio rápido

Bomba sacaleches para varias usuarias Ameda Platinum® con el sistema de extracción de leche HygieniKit™ que incluye Proven Airlock Protection™ para ayudar a proteger la leche materna, equipo de tubos y la bomba.

PARA EMPEZAR Antes de comenzar, lávese las manos

1

- Si está esterilizado, úselo inmediatamente (el equipo está previamente armado)
- Si no está esterilizado, limpie y arme el equipo (consulte la página posterior de esta Guía de tarjeta rápida).

2

- Inserte el adaptador del tubo.

3

- Centre la copa de succión sobre el seno para crear un sello.
- Consulte la página posterior de esta Guía de tarjeta rápida para información sobre el calce correcto de la copa de succión.

4

- Presione el botón de encendido.
- La velocidad comienza automáticamente en 80 ciclos por minuto.
- La succión comienza en el ajuste más bajo de 1%.

Para simular un descenso

5

Para imitar la succión de un bebé a fin de iniciar el flujo de leche:

- Empuje el botón de succión hacia arriba hasta el nivel **más cómodo**.
- Intente comenzar en 10% y gradualmente continúe para aumentar el nivel de succión hasta alcanzar su nivel **más cómodo**.

IMPORTANTE: *Use únicamente un equipo de extracción de leche Ameda HygeniKit. Consulte a su proveedor de atención médica sobre el tiempo de la sesión de sacaleche.*

Extracción de leche

6

Para imitar el patrón de cambio de un bebé a succiones o extracciones lentas y profundas:

- Después de que fluya la leche:
  - Presione el botón de velocidad hacia abajo hasta una velocidad más lenta para ayudar a descargar la leche.
  - Intente disminuir la velocidad a 50-60 ciclos por minuto. Puede disminuir más la velocidad si eso es más cómodo para usted.
  - Continúe ajustando la succión según sea necesario hasta alcanzar su nivel **más cómodo** para descargar la leche.

Múltiples descensos

7



Cuando disminuya la velocidad del flujo de leche, intente otro descenso:

- Aumente la velocidad de nuevo a 80* ciclos por minuto.
- Ajuste la succión al nivel **más cómodo**.
- Cuando la leche fluya de nuevo, disminuya la velocidad para ayudar a descargar la leche.

*Larkin, et al., Examining the Use and Outcomes of a New Hospital-Grade Breast Pump in Exclusively Pumping NICU Mothers. Adv. Neo Care 2013;13(1):75-82.

Limpieza de la bomba sacaleches Ameda Platinum

Para usuarias en casa/finales:

Después de cada extracción, apague la bomba. Límpiela con un paño limpio y húmedo.

Para estaciones de hospital/renta:

Apague la bomba, límpiela entre usuarias, usando guantes desechables. Use únicamente limpiadores aprobados por Ameda como Metrex CaviWipes o PDI Sani-Cloth AF3

Limpieza del equipo de extracción de leche Ameda HygieniKit



1. Adaptador del tubo
2. Tubo de silicona
3. Tapa del adaptador
4. Diafragma de silicona
5. Copa de succión
6. Válvula
7. Anillo de traba
8. Disco de bloqueo
9. Botella

Lavar antes de usar si el equipo no está esterilizado y después de cada uso.



*Importante no lavar (1) tubo adaptador, (2) tubo de silicona y (3) tapa del adaptador.



Desarme las piezas.

Agarre la válvula por los lados gruesos.

Enjuague con agua limpia y fresca.

Lave las piezas con agua jabonosa y tibia bajo agua corriente. No sumerja las piezas en el lavabo. No inserte ningún objeto en las válvulas mientras las limpia.



Hierva para desinfectar



Lave las piezas más grandes en el estante superior del lavaplatos.

Enjuague con agua limpia y tibia.



Deje secar al aire.

***Importante no lavar**

1. Adaptador del tubo
2. Tubo de silicona
3. Tapa del adaptador

No es necesario limpiar estas piezas antes del primer uso o después de cada uso pues la leche no tiene contacto con estas piezas durante la extracción.

Si utiliza un proceso de desinfección por vapor, siga primero las instrucciones de limpieza.

Si utiliza un cepillo, verifique que las piezas del equipo de la bomba no tengan grietas, astillas, rupturas o deformación antes y después de usar el cepillo.

Consulte las instrucciones de uso Ameda Platinum y HygieniKit/bomba manual

1200172ES - 0319

Amēda

Encuentre el calce correcto

Un calce correcto de la copa de succión asegura un sello perfecto que mejora su comodidad y la eficacia de la extracción. El sistema CustomFit Flange de Ameda hace que encontrar el calce ideal sea algo fácil.

Calce correcto

Durante la extracción, su pezón se mueve libremente en la pezonera de la copa de succión. Puede observar un espacio alrededor del pezón. No se succiona mucho de la areola hacia la pezonera con el pezón.



Demasiado pequeño

Durante la extracción, parte o todo el pezón roza contra los lados de la pezonera de la copa de succión.



Demasiado grande

Durante la extracción, se succiona gran parte de la areola hacia la pezonera de la copa de succión junto con el pezón. La areola puede rozar contra los lados de la pezonera de la copa de succión.